



**LARIO RETI HOLDING**  
la tua acqua, la nostra passione

# Lario Reti Holding S.p.A.



Azienda certificata ISO 9001:2015  
Certificato N. 51405

Casella Postale n. 318 Lecco Centro – 23900 Lecco  
Capitale Sociale € 41.320.900 interamente versato  
Codice Fiscale – Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n° 03119540130 – REA LC-307531  
Sito web: [www.larioreti.it](http://www.larioreti.it) – E-mail: [info@larioreti.it](mailto:info@larioreti.it) – Pec: [segreteria@larioretepec.it](mailto:segreteria@larioretepec.it) – Fax: 0341.469870

v02141218

## RISPOSTE AI QUESITI

### PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI MISURATORI STATICI ACQUA FREDDA

Di seguito si indicano le risposte ai quesiti pervenuti:

#### 1. DOMANDA

In riferimento alle forniture analoghe punto 6.4 / pag.13 Disciplinare si richiede:

- se per "analoghe" si intende genericamente misuratori acqua oppure se devono essere forniture riferite a soli misuratori acqua statici;

- se l'importo delle forniture indicato €. 2.000.000,00 è complessivo nell'arco dei tre anni 2017-18-19 o se per ogni anno.

#### ✓ **RISPOSTA**

Per forniture analoghe si intendono solo misuratori statici.  
L'importo di 2.000.000 € è inteso cumulato sul triennio indicato.

#### 2. DOMANDA

Relativamente alle forniture analoghe richieste negli anni 2017-2018-2019 pari ad almeno € 2.000.000,00 (con l'indicazione dei rispettivi importi, date, nominativi committenti e oggetto della fornitura), chiediamo di poter considerare le forniture di contatori per acqua ad uso idropotabile (includendo eventualmente un 50% di contatori dotati di moduli radio per la telelettura) e non soltanto i contatori statici. Tale nostra richiesta deriva dal fatto che sono tuttora pochissimi gli operatori di mercato che potrebbero aver raggiunto l'importo richiesto soltanto con i misuratori statici sul Mercato Italiano, trattandosi di una tecnologia molto recentemente introdotta ed utilizzata in Italia. Di conseguenza, per non limitare fortemente la concorrenza probabilmente ad un unico operatore, chiediamo di poter ampliare le tipologie di contatori da considerare come referenze.

#### ✓ **RISPOSTA**

Visto il disciplinare di gara, si conferma il requisito minimo per la partecipazione alla procedura pari a 2.000.000 € di forniture analoghe, e nello specifico misuratori statici, nel triennio 2017/2018/2019. Si precisa inoltre che potranno concorrere a raggiungere la quota prefissata anche forniture eseguite al di fuori del mercato italiano a patto che i misuratori forniti siano conformi alle normative vigenti nel nostro paese.

---

### 3. DOMANDA

Chiediamo di riconsiderare il vincolo associato ai dati legati al registro di memoria interno descritto nei Requisiti Minimi dell'Allegato 6 (almeno 30 mesi di dati di volume e portata oraria e almeno 5 anni di dati di volume mensile) in quanto, per quanto a nostra conoscenza, non ci risulta esistente sul mercato un misuratore che garantisce il salvataggio di una quantità così elevata di dati nella memoria interna (>44.000 records secondo la vostra richiesta). Qualora anche ci fosse un operatore, ciò sarebbe estremamente limitante per la concorrenza. Richiediamo quindi di poterlo non considerare come requisito minimo ma eventualmente come parametro di valutazione tecnica.

✓ **RISPOSTA**

**A parziale rettifica di quanto indicato nella documentazione di gara si sostituisce il paragrafo: CARATTERISTICHE DEL REGISTRO DI MEMORIA con il seguente:**

*"Il registro di memoria interno dovrà garantire il salvataggio di almeno 30 mesi di dati di volume e portata **giornaliera** e almeno 5 anni di dati di volume mensile".*

### 4. DOMANDA

Richiediamo conferma che gli Smartphone/Tablet da utilizzare in campo per la lettura dei misuratori e sui quali verrà installato il Software Mobile per la lettura e la trasmissione in Cloud ai Server ed alla piattaforma WEB Software del Produttore non siano inclusi nella fornitura.

✓ **RISPOSTA**

Si conferma che tablet/smartphone da utilizzare in campo per la lettura dei misuratori e sui quali verrà installato il Software Mobile per la lettura e la trasmissione in Cloud ai Server ed alla piattaforma WEB Software del Produttore non sono inclusi nella fornitura ma solo il dispositivo denominato "antenna" da interfacciare ai suddetti tablet/smartphone.

### 5. DOMANDA

- Con riferimento alla PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MISURATORI STATICI ACQUA FREDDA, dalle nostre conoscenze di mercato e dall'analisi delle specifiche tecniche, ci risulta effettivamente che la combinazione dei requisiti minimi scelti, identifica un ben preciso fornitore come aggiudicatario di tale procedura, limitando estremamente la concorrenza, e andando contro i principi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, che regola la materia degli appalti pubblici.

Per garantire la dovuta trasparenza e concorrenza, chiediamo di eliminare il vincolo associato al registro di memoria interno descritto nei Requisiti Minimi dell'Allegato 6 (Salvataggio di almeno 30 mesi di dati di volume e portata giornaliera e almeno 5 anni di dati di volume mensile) che identifica un ben preciso fornitore.

- Chiediamo di riconsiderare il vincolo associato ai dati legati al registro di memoria interno descritto nei Requisiti Minimi dell'Allegato 6 e successivi chiarimenti (almeno 30 mesi di dati di volume e portata giornaliera e almeno 5 anni di dati di volume mensile) dimezzando tale valore come requisito minimo di memoria (anche in considerazione che tali valori non sono correntemente inviati dal meter mediante WMBUS per ovvi limiti di protocollo e batteria ma utilizzabili per verifiche locali dello stesso meter) ed eventualmente valutando possibili maggiori valori come parametro di valutazione tecnica.



---

✓ **RISPOSTA**

In merito alle richieste di chiarimento ricevute, pur a conoscenza del fatto che i requisiti minimi in merito alla dimensione della memoria indicati nei documenti di gara non designino un solo fornitore, in ottica di favorire il più possibile la libera concorrenza **si sostituisce il paragrafo CARATTERISTICHE DEL REGISTRO DI MEMORIA con il seguente:**

Il registro di memoria interno dovrà garantire il salvataggio di almeno **15 mesi** di dati di volume e portata giornaliera e almeno **30 mesi** di dati di volume mensile.

Riducendo in tal modo del 50% i dati minimi richiesti.

Lecco, 02.07.2020

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Luca Longhi

